

Pedido de Esclarecimento referente ao

Pregão Eletrônico nº 049/2026

UASG Nº 926309 - Pregão Eletrônico Nº 90005/2026

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório a serem utilizados na rotina básica das atividades nos Setores de Laboratório de Físico-Químico, de Laboratório de Biologia, e de Controle e Monitoramento de Esgoto para monitoramento da qualidade da água tratada distribuída para consumo humano, água bruta captada para tratamento, do efluente bruto e tratado lançado nos corpos d'água correspondentes da cidade de São Carlos.

Processo licitatório nº 3276/2025.

Pedido:

Gostaria de solicitar um esclarecimento quanto aos itens 21 e 28, que se solicitam pelas características indicadas modelos que foram atualizados por suas fabricantes.

No caso do item 21, de Refrigerador Cycle Defrost Duplex 334l, foi reformulado para 332l pela fabricante, por ser um modelo cycle defrost duplex, o nicho de modelos e marcas que atendem nessa litragem é extremamente reduzido.

E no item 28, de Frigobar 47l, solicita com classificação energética A+++, com consumo de 12,3 kWh/mês e bivolt. Porém, o modelo é apenas monovolt e devido a atualizações na classificação, o mesmo possui A atualmente, mesmo com consumo menor de 7,5 kWh/mês.

Resposta:

Em atenção ao pedido de esclarecimento, segue manifestação da Área Técnica:

ITEM 21 – Refrigerador Cycle Defrost Duplex.

Em razão das atualizações promovidas pelos fabricantes da categoria (como a adequação do modelo para 332L), informamos que será aceito o fornecimento de Refrigerador Cycle Defrost Duplex com capacidade nominal de 332 Litros (ou faixa equivalente próxima de 330L a 335L), mantendo-se inalteradas as demais características técnicas essenciais de funcionamento exigidas no Termo de Referência.

ITEM 28 – Frigobar 47L

Tendo em vista a atualização da tabela de eficiência energética do INMETRO e a realidade de fabricação do mercado para esta categoria:

1. Classificação Energética: será aceita a classificação de Eficiência Energética "A" segundo a regulamentação vigente do INMETRO, desde que o equipamento apresente desempenho energético igual ou superior (consumo inferior/equivalente) ao solicitado no edital.
2. Tensão/Voltagem: será aceito modelo monovolt (127V ou 220V), cabendo ao órgão licitante/setor solicitante indicar a voltagem desejada no momento da emissão da Ordem de Fornecimento / Nota de Empenho (ou ser fornecido na voltagem padrão da instalação do laboratório, 127V/220V).

São Carlos, 14 de agosto de 2026.

Marcel Rodrigo dos Santos
Pregoeiro